

N° 000889 /ANRP/DG/DISAC

Niamey, le 06 MAI 2026

Alerte N°003/2026

Destinataire : Professionnels de Santé

Objet : Information Sécurité Patient-Anomalie d'étiquetage des flacons
d'eau PPI-GASPRAL-INJECT, lot n° 251267

Nigérienne de Réglementation du secteur Pharmaceutique (ANRP) informe les professionnels de santé qu'un défaut d'étiquetage a été observé sur des flacons d'eau PPI fournis dans certaines boîtes commerciales de GASPRAL-INJECT, lot n° 251267 du laboratoire MEDICALE PHARMACEUTIQUE. Ces flacons portent la mention « Echantillon gratuit ne peut être vendu » et suite à une erreur d'emballage, accompagnent certaines boîtes destinées à la vente.

Il faut noter que le flacon de poudre lyophilisée n'est pas concerné par ce défaut d'étiquetage qui n'a aucune influence sur la qualité du produit et ne nécessite pas de rappel de lot.

Par conséquent, les flacons d'eau PPI ainsi étiquetés se trouvant sur les boîtes commerciales peuvent être utilisés pour la reconstitution des flacons de poudre lyophilisée.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la Direction Inspection pharmaceutique, Surveillance du marché, Assurance et Contrôle qualité (DISAC) à l'adresse mail suivante : disac@anrp.ne.

Ampliations :

MS/HP.....1 ATCR
CNOM.....1 INFO
CNOP.....1 INFO
CHRONO.....2

LE DIRECTEUR GENERAL PI

DR MAMOUDOU IDRIS SOULEYMANE

